

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Cesium/Caesium (Cs) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 1% HCl 500 mL HPS-10M11-2-500

Artikelname	Cesium/Caesium (Cs) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 1% HCl 500 mL
Artikelnummer	HPS-10M11-2-500
Hersteller Artikelnummer	10M11-2-500
Alternativnummer	HPS-10M11-2-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Cs 10,000 µg/mL in 1% HCl 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3111. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....