

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Praseodymium (Pr) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 4% HNO₃ 500 mL HPS-10M42-1-500

Artikelname	Praseodymium (Pr) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 4% HNO ₃ 500 mL
Artikelnummer	HPS-10M42-1-500
Hersteller Artikelnummer	10M42-1-500
Alternativnummer	HPS-10M42-1-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Pr 10,000 µg/mL in 4% HNO ₃ , 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3142. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....