

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Sodium (Na) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 1% HCl 500 mL HPS-10M52-2-500**

|                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Sodium (Na) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 1% HCl 500 mL                                                                                                  |
| Artikelnummer            | HPS-10M52-2-500                                                                                                                                            |
| Hersteller Artikelnummer | 10M52-2-500                                                                                                                                                |
| Alternativnummer         | HPS-10M52-2-500-500                                                                                                                                        |
| Hersteller               | High Purity Standards                                                                                                                                      |
| Kategorie                | Biochemikalien                                                                                                                                             |
| Produktbeschreibung      | Na 10,000 µg/mL in 1% HCl 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3152. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |