

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Strontium (Sr) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 4% HNO<sub>3</sub> 500 mL HPS-10M53-1-500**

|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Strontium (Sr) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 4% HNO <sub>3</sub> 500 mL                                                                                                 |
| Artikelnummer            | HPS-10M53-1-500                                                                                                                                                           |
| Hersteller Artikelnummer | 10M53-1-500                                                                                                                                                               |
| Alternativnummer         | HPS-10M53-1-500-500                                                                                                                                                       |
| Hersteller               | High Purity Standards                                                                                                                                                     |
| Kategorie                | Biochemikalien                                                                                                                                                            |
| Produktbeschreibung      | Sr 10,000 µg/mL in 4% HNO <sub>3</sub> , 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3153. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |