

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Zirconium (Zr) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 4% HNO₃ + 2% HF 500 mL HPS-10M69-3-500

Artikelname	Zirconium (Zr) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 4% HNO ₃ + 2% HF 500 mL
Artikelnummer	HPS-10M69-3-500
Hersteller Artikelnummer	10M69-3-500
Alternativnummer	HPS-10M69-3-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Zr 10,000 µg/mL in 4% HNO ₃ + 2% HF 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3169. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....