

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Dangerous Good - 9-component ICP Calibration Standard 1 for EPA Method 2007 Two solutions (A & B) Each solution 500 mL Contains: HPS-ICP-200.7-1-500

Artikelname	Dangerous Good - 9-component ICP Calibration Standard 1 for EPA Method 2007 Two solutions (A & B) Each solution 500 mL Contains:
Artikelnummer	HPS-ICP-200.7-1-500
Hersteller Artikelnummer	ICP-200.7-1-500
Alternativnummer	HPS-ICP-200.7-1-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	EPA 200.7 Cal Std 1 in 2% HNO ₃ , (µg/mL) Solution A: Chromium, Nickel, Zinc at 500, Aluminium, Calcium, Magnesium, Potassium, Sodium at 1,000 in 2% HNO ₃ . Solution B: Silver at 500 in 2% HNO ₃ . 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 31XX series. I...