

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

15-component ICP Wavelength Calibration Standard 500 mL Contains: HPS-WAVECAL-2-500

Artikelname	15-component ICP Wavelength Calibration Standard 500 mL Contains:
Artikelnummer	HPS-WAVECAL-2-500
Hersteller Artikelnummer	WAVECAL-2-500
Alternativnummer	HPS-WAVECAL-2-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	ICP wavelength calibration Std in 5% HNO ₃ , (µg/mL) Aluminium, Arsenic, Barium, Cadmium, Cobalt, Chromium, Copper, Manganese, Molybdenum, Nickel, Lead, Selenium, Strontium, Zinc at 50, Potassium at 500 in 5% HNO ₃ . 12 months expiry date. Traceable to N...