

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Chloride Anion IC Standard from Sodium Chloride at 100 µg/mL in H₂O 500 mL HPS-IC-CL-500

Artikelname	Chloride Anion IC Standard from Sodium Chloride at 100 µg/mL in H ₂ O 500 mL
Artikelnummer	HPS-IC-CL-500
Hersteller Artikelnummer	IC-CL-500
Alternativnummer	HPS-IC-CL-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Chloride 100 µg/mL in H ₂ O, 12 months expiry date. Traceable to NIST 3182. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....