

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Boron (B) ICP Standard at 100 µg/mL in H2O 100 mL HPS-100-7-4-100**

|                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Boron (B) ICP Standard at 100 µg/mL in H2O 100 mL                                                                                                    |
| Artikelnummer            | HPS-100-7-4-100                                                                                                                                      |
| Hersteller Artikelnummer | 100-7-4-100                                                                                                                                          |
| Alternativnummer         | HPS-100-7-4-100-100                                                                                                                                  |
| Hersteller               | High Purity Standards                                                                                                                                |
| Kategorie                | Biochemikalien                                                                                                                                       |
| Produktbeschreibung      | B 100 µg/mL in H2O 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3107. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited.... |