

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Aluminium (Al) ICP-MS Standard at 10 µg/mL in 2% HNO<sub>3</sub> 100 mL HPS-10-1-1-100

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Aluminium (Al) ICP-MS Standard at 10 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub> 100 mL                                                                                            |
| Artikelnummer            | HPS-10-1-1-100                                                                                                                                                      |
| Hersteller Artikelnummer | 10-1-1-100                                                                                                                                                          |
| Alternativnummer         | HPS-10-1-1-100-100                                                                                                                                                  |
| Hersteller               | High Purity Standards                                                                                                                                               |
| Kategorie                | Biochemikalien                                                                                                                                                      |
| Produktbeschreibung      | Al 10 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub> 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3101. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |