

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Barium (Ba) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 5% HCl 100 mL HPS-10M4-2-100

Artikelname	Barium (Ba) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 5% HCl 100 mL
Artikelnummer	HPS-10M4-2-100
Hersteller Artikelnummer	10M4-2-100
Alternativnummer	HPS-10M4-2-100-100
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Ba 10,000 µg/mL in 5% HCl 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3104. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....