

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Titanium (Ti) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 40% HCl 100 mL HPS-10M62-2-100**

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Titanium (Ti) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 40% HCl 100 mL                                                                                                 |
| Artikelnummer            | HPS-10M62-2-100                                                                                                                                              |
| Hersteller Artikelnummer | 10M62-2-100                                                                                                                                                  |
| Alternativnummer         | HPS-10M62-2-100-100                                                                                                                                          |
| Hersteller               | High Purity Standards                                                                                                                                        |
| Kategorie                | Biochemikalien                                                                                                                                               |
| Produktbeschreibung      | Ti 10,000 µg/mL in 40% HCl, 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3162. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |