

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Vanadium (V) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 10% HNO<sub>3</sub> + trace HF 100 mL** **HPS-10M65-3-100**

|                          |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Vanadium (V) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 10% HNO <sub>3</sub> + trace HF 100 mL                                                                                             |
| Artikelnummer            | HPS-10M65-3-100                                                                                                                                                                 |
| Hersteller Artikelnummer | 10M65-3-100                                                                                                                                                                     |
| Alternativnummer         | HPS-10M65-3-100-100                                                                                                                                                             |
| Hersteller               | High Purity Standards                                                                                                                                                           |
| Kategorie                | Biochemikalien                                                                                                                                                                  |
| Produktbeschreibung      | V 10,000 µg/mL in 10% HNO <sub>3</sub> + Tr HF 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3165. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |