

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Dangerous Good - 4-component Contract Laboratory Program (CLP) ICP Interference Check Standard 1 100 mL Contains: HPS-CLP-INF-1-100

Artikelname	Dangerous Good - 4-component Contract Laboratory Program (CLP) ICP Interference Check Standard 1 100 mL Contains:
Artikelnummer	HPS-CLP-INF-1-100
Hersteller Artikelnummer	CLP-INF-1-100
Alternativnummer	HPS-CLP-INF-1-100-100
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Interference Check Std 1 in 5% HNO ₃ (µg/mL) Iron at 2,000, Aluminium, Calcium, Magnesium at 5,000 in 5% HNO ₃ . 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 31XX series. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....