

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Neodymium (Nd) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 2% HCl 500 mL HPS-100035-2-500

Artikelname	Neodymium (Nd) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 2% HCl 500 mL
Artikelnummer	HPS-100035-2-500
Hersteller Artikelnummer	100035-2-500
Alternativnummer	HPS-100035-2-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Nd 1000 µg/mL in 2% HCl, 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3135. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....