

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Lithium (Li) ICP Standard at 100 µg/mL in 2% HNO₃ 500 mL HPS-100-29-1-500

Artikelname	Lithium (Li) ICP Standard at 100 µg/mL in 2% HNO ₃ 500 mL
Artikelnummer	HPS-100-29-1-500
Hersteller Artikelnummer	100-29-1-500
Alternativnummer	HPS-100-29-1-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Li 100 µg/mL in 2% HNO ₃ 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3129. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....