

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Titanium (Ti) ICP Standard at 100 µg/mL in 2% HNO₃ + Trace HF 500 mL HPS-100-62-3-500

Artikelname	Titanium (Ti) ICP Standard at 100 µg/mL in 2% HNO ₃ + Trace HF 500 mL
Artikelnummer	HPS-100-62-3-500
Hersteller Artikelnummer	100-62-3-500
Alternativnummer	HPS-100-62-3-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Ti 100 µg/mL in 2% HNO ₃ + Tr HF 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3162. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....